


| | |
|---|---|
|  | CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC |
| | COMISIÓN DE ANALISIS |
| | CALIFICACION DE OFERTAS |

ACTA No. 001

ACTA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS

PROCESO DE CONTRATACIÓN:

PROCESO DE EMERGENCIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:

CGDS-GPC-2020-001-00005

OBJETO DE CONTRATACIÓN:

REAPERTURA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA PARA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE GESTION CONCURRENTENTE Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 DE SALUD Y EL CENTRO DE GESTION DE DESARROLLO SOCIAL DEL GADPC DEL CAÑAR.

En la ciudad de Azogues, a los 28 días del mes de mayo del 2020, siendo las 10:00, en comisión delegada para la revisión de ofertas en “REAPERTURA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA PARA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE GESTION CONCURRENTENTE Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 DE SALUD Y EL CENTRO DE GESTION DE DESARROLLO SOCIAL DEL GADPC DEL CAÑAR.”, por el Director Ejecutivo del CGDS del GADPC, al número de Memorando N.-118-DE-CGDS-GADPC, delega a:


- Sr. Daniel Rubio
- Sra. Diana Serrano
- Eco. Magdalena Verdugo

Los mismos para llevar a cabo todas las etapas precontractuales del proceso de **PROCESO DE EMERGENCIA**, CGDS-GPC-2020-001-00005, para “REAPERTURA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA PARA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE GESTION CONCURRENTENTE Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 DE SALUD Y EL CENTRO DE GESTION DE DESARROLLO SOCIAL DEL GADPC DEL CAÑAR.”, a fin de avocar conocimiento y resolver sobre la evaluación y calificación técnica de las ofertas presentadas dentro del presente proceso, en cumplimiento al cronograma establecido por la institución.

PUNTO UNO.- ANTECEDENTES

- Mediante certificaciones presupuestarias N° CGDS-GADPC-2020-108-CERT-IM del 18 de mayo del 2020, la Dirección Financiera del Centro de Gestión y Desarrollo Social del GADPC, certifica la disponibilidad de fondos en la

[Escriba aquí]


| | |
|---|---|
|  | CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC |
| | COMISIÓN DE ANALISIS |
| | CALIFICACION DE OFERTAS |

partida presupuestaria No. 01.05.11.02.840105.000.0.000 denominada vehículos, para la ejecución de la ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA PARA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE GESTION CONCURRENTES Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 DE SALUD Y EL CENTRO DE GESTION DE DESARROLLO SOCIAL DEL GADPC DEL CAÑAR.

- Mediante Resolución de la Cámara Provincial del Cañar No. 08 de Sesión Ordinaria del día 06 de mayo, el Consejo Provincial del Cañar resuelve Dar por Conocida y aprobada al plan de intervención a ser ejecutado en las declaratorias de emergencia CGDS-GPC-2020-001 del 29 de marzo de 2020; y emergencia-001-GADPC-2020 del 31 de marzo de 2020; aprobado en sesión de fecha 17 de abril de 2020. Entre algunos requerimientos para efecto del presente documento LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA PARA SER ENTREGADA EN COMODATO A LA COORDINACION ZONAL DE SALUD 6, para que la determine a la toma de muestras COVID-19 en la jurisdicción de la Provincia y traslado de pacientes de los distritos 03D01 – CZ6 y 03D02 – CZ6 de Salud de la Provincia del Cañar, Ambulancia que será administrada por el Distrito 03D01 – CZ6 de Salud, con Sede Azogues para atender las emergencias sanitario quedando a cargo de la Coordinación zonal 6, el cuidado, operación, mantenimiento y demás obligaciones que consten en el comodato a suscribirse.

A través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública www.compraspublicas.gob.ec con fecha 26 de mayo de 2020 se publicó el proceso de Emergencia CGDS-GPC-2020-001-00005 para la: ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA PARA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE GESTION CONCURRENTES Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 DE SALUD Y EL CENTRO DE GESTION DE DESARROLLO SOCIAL DEL GADPC DEL CAÑAR.

- Con fecha límite del 28 de mayo de 2020 hasta las 14:h00 para la entrega de propuestas, se recibieron tres ofertas técnicas-económicas por parte de los siguientes oferentes: Oferente 1, Oferente 2 y Oferente 3 las cuales se encuentran debidamente respaldadas mediante registro del correo electrónico.
- Se verifica que los oferentes que presentaron sus propuestas físicas, se encuentren debidamente publicadas en el Portal Institucional, para este caso por resolución del SERCOP en la recepción de documentos de manera digital por la emergencia sanitaria.

| | |
|---|---|
|  | CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC |
| | COMISIÓN DE ANALISIS |
| | CALIFICACION DE OFERTAS |

- Se constata que los oferentes: Galarmobil S.A., Soimed Cia. Ltda., IDIRECAM Ambulancias, presentaron sus ofertas a través del correo institucional de la analista de Compras Públicas.

PUNTO DOS.- EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS


A continuación se procederá a la revisión de la documentación y requisitos mínimos requeridos por la Institución.

CUADRO COMPARATIVO

Oferente 1, 2 y 3.


| CARACTERÍSTICA | DESCRIPCIÓN | GALARMOBIL | SOIMED | IDIRICAM |
|--------------------|---|-----------------------------|----------------|---------------|
| AMBULANCIA | AÑO 2020 | 2019 | NO ESPECIFICA | 2020 |
| CHASIS | De alto rendimiento, comercial con tracción a las cuatro ruedas y con capacidad para trabajar en todo terreno, adaptado para trabajar dentro y fuera de la carretera para vías de primer, segundo y tercer orden. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| MODELO | A determinar | Ambulancia Pre-fabricada | JUMPER 3 L3 H2 | H350 |
| MARCA | A determinar | JAC | CITROEN | HYUNDAI |
| AÑO DE FABRICACIÓN | 0 km nuevo de fábrica, mínimo del año 2020 | 2019 | NO ESPECIFICA | 2020 |
| TRACCIÓN | 4x2 | No específica | 4X2 | NO ESPECIFICA |
| COLOR | Blanco | Plomo, Blanco, Plata y Rojo | NO ESPECIFICA | BLANCA |
| CILINDRAJE | Mínimo de 2,5 turbo diésel con inyección directa sistema common rail. | 2.771 cc | 2.200 CC | 2.500 CC |
| TRANSMISIÓN | Caja manual mínimo de 5 | 5 | 6 + REVERSA | 6 + REVERSA |

[Escriba aquí]

| | |
|---|---|
|  | CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC |
| | COMISIÓN DE ANALISIS |
| | CALIFICACION DE OFERTAS |


| | | | | |
|----------------------|---|---|--|---|
| | velocidades. | | | |
| COMBUSTIBLE | Diésel del existente en el Ecuador. | DIESEL | DIESEL | DIESEL |
| POTENCIA | Mínima de 134@3600 | 118HP/3600 rpm NO CUMPLE | 128HP NO CUMPLE | 150HP/3600 |
| TORQUE | Mínima de 320@1800 | No especifica | 320NM/RPM 2000 CUMPLE | 372/1500 |
| DIRECCIÓN | Hidráulica piñón y cremallera o su equivalente. | HIDRAULICA | ASISTIDA HIDRAULICA | PIÑÓN CREMALLERA COLUMNA DE DIRECCION TELESCOPICA |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Independiente tipo doble wishbone o su equivalente. | INDEPENDIENTE MACPHERSON | SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE Pseudo MC PERSON | SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE TIPO MS PHIRSON CON BALLESTA HORIZONTAL |
| SUSPENSIÓN POSTERIOR | Rígida con ballesta o su equivalente. | DE RESORTE DE ACERO O PAQUETE | BALLESTAS SEMIELIPTICAS Y AMORTIGUADOR ES TELESCOPICOS MAS BARRA ESTABILIZADORA | EJE RIGIDO CON MUELLES |
| FRENOS | El sistema de frenos deberá garantizar la seguridad de los ocupantes y contemplará las normas establecidas por el fabricante del vehículo con sistema de antibloqueo ABS. | HIDRAULICO AUTO AJUSTABLES DE DOBLE CIRCUITO CON ABS A EBD, DISCO DELANTERO TAMBOR POSTERIOR- | ABS | FRENO HIDRAULICO DE CIRCUITO DUAL DE SERVO ASISTIDO, DELANTERO DISCO VENTILADO CON CALIPER DE DOBLE PISTON , POSTERIOR DISCO VENTILADO CON CALIPER DE UN PISTON |
| NEUMÁTICOS | 4 llantas y 1 de emergencia mínimo de 245/75 R 16 | 225/70R15 (no especifica llanta emergencia) | 225/75R 16 NO CUMPLE | 235/65R16C 8PR |
| AIRE ACONDICIONADO | Original de fábrica e independiente con regulación. | DOBLE AIRE ACONDICIONADO CENTRALIZADO | ORIGINAL DE LA FABRICA | NO ESPECIFICA |

[Escriba aquí]

| | |
|---|---|
|  | CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC |
| | COMISIÓN DE ANALISIS |
| | CALIFICACION DE OFERTAS |


| | | | | |
|-------------|---|---|---|-----------------|
| CALEFACTOR | Original de fábrica con su respectivo panel de control y variaciones. | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA |
| VENTILACIÓN | Original de fábrica para el conductor con su respectivo panel de control y regulación. | ORIGINAL DE FABRICA | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA |
| VIDRIOS | Eléctricos, retrovisores manuales, limpiavidrios delanteros con mínimo 2 velocidades más intermitentes. | Vidrios eléctricos, Retrovisores eléctricos, No especifica limpiavidrios. | Vidrios eléctricos, retrovisores manuales, tintados, protección UV, limpiavidrios delanteros CUMPLE | NO ESPECIFICADO |
| LLAVE | Dispositivo anti arranque electrónico o su equivalente. | No especifica | Dispositivo anti arranque electrónico | NO ESPECIFICA |
| ASIENTOS | Mínimo 3 asientos tapizados en material resistente anti-hundimiento en la cabina, sistema de fijación de seguridad, espaldar y apoya cabezas. | 12 REVESTIMIENTO DE CUERO | 2 Asientos. NO CUMPLE | NO ESPECIFICADA |
| VOLANTE | Material agradable al tacto, ajustable en altura y profundidad. | NO ESPECIFICA | Material agradable al tacto, ajustable en altura y profundidad. CUMPLE | NO ESPECIFICADA |
| ESPEJOS | Retrovisores de día y de noche o su equivalente. | Retrovisores eléctricos | Retrovisores manuales, TINTADOS PROTECCIÓN uv CUMPLE | NO ESPECIFICADA |

[Escriba aquí]

| | |
|---|---|
|  | CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC |
| | COMISIÓN DE ANALISIS |
| | CALIFICACION DE OFERTAS |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|
| AIRBAGS | Mínimo dos bolsas de aire o airbags para conductor y acompañante. | NO ESPECIFICA | Dos bolsas de aire o airbags para conductor y acompañante. CUMPLE | NO ESPECIFICADA |
| FAROS | Intensidad luminosa y buen alcance de iluminación apta para utilizar desde la cabina de conducción. | Faros antiniebla | Óptica de Policarbonato revestida de barniz, protector. CUMPLE | NO ESPECIFICA |
| CINTURONES DE SEGURIDAD | Mínimo 3 puntos ajustables en altura para asiento. | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA |
| ACCESORIO DE SEGURIDAD | Los aros y neumáticos deben ser del equipo orinal. Herramientas mínimas, un juego de destornillador, plano y estrella, linterna de pilas grandes LED, alicate de mango aislado, gata Hidráulica original. | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA |
| VARIOS | Portaobjetos en consola y puertas, portavasos, reloj digital en panel central, toma para encendedor, alarma, bloqueo central, pantalla de información tablero, radio CD, MP3, USB, conexión auxiliar, mínimo 2 parlante. | USB, Auxiliar, Radio Am/Fm, No especifica faltante | CUMPLE PARCIALMENTE | NO ESPECIFICA |
| PESOS Y MEDIDAS | | | | |

[Escriba aquí]

| | |
|---|---|
|  | CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC |
| | COMISIÓN DE ANALISIS |
| | CALIFICACION DE OFERTAS |

| | | | | |
|--|---|--|-------------------|--------|
| PESO BRUTO VEHICULAR. | Entre 3.750 kg a 4100 kg. | 3510 NO CUMPLE | 3500 NO CUMPLE | CUMPLE |
| CAPACIDAD DE CARGA. | Mínimo de 1200 kg. | 1210 CUMPLE | NO ESPECIFICA | CUMPLE |
| CAPACIDAD DE EJE DELANTERO | Mínimo de 1850 kg. | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | CUMPLE |
| CAPACIDAD DE EJE POSTERIOR | Mínimo de 2430 kg. | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | CUMPLE |
| LARGO ÚTIL | Mínimo 3.500 mm | 2950 NO CUMPLE | 3700 CUMPLE | CUMPLE |
| LARGO TOTAL | Entre 5.990 mm a 6195 mm. | 4900 NO CUMPLE | 5998 CUMPLE | CUMPLE |
| ANCHO TOTAL | Entre 2038 mm a 2.436 mm. | 2080 CUMPLE | 2050 CUMPLE | CUMPLE |
| ALTO TOTAL | Entre 2.600 mm a 2.856 mm | 2340 NO CUMPLE | 2524 NO CUMPLE | CUMPLE |
| CARACTERÍSTICA DEL INTERIOR DE LA AMBULANCIA | -Al piso será instalado un tablero marino de 15 mm de espesor. | Piso interior cubierto con caucho de alto tráfico, Impermeable sin oxido y de fácil limpieza. No especifica faltantes. | CUMPLE | CUMPLE |
| | -Protegido a la una cara con recubrimiento poliéster bate-piedra | | CUMPLE | CUMPLE |
| | -A la parte superior del piso con moqueta de quirófano conductivo en polímero antideslizante. | | CUMPLE | CUMPLE |
| | -Sellado los bordes con sellador 227 | | CUMPLE | CUMPLE |
| CABINA POSTERIOR | -Aislamiento con lámina de lana de vidrio con recubrimiento de aluminio. | NO ESPECIFICA | CUMPLE | CUMPLE |
| | -Forrado al interior con fibra de vidrio de primera clase lizo color blanco. | NO ESPECIFICA | CUMPLE | CUMPLE |


[Escriba aquí]

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------|--------|--------|
| DIVISIÓN DE LA CABINA | -Estructura galvanizada con tubería cuadrada de 1". | NO ESPECIFICA | CUMPLE | CUMPLE |
| | -Forrada con melanina. | NO ESPECIFICA | CUMPLE | CUMPLE |
| | -Ventana corrediza de cabina a cabina | NO ESPECIFICA | CUMPLE | CUMPLE |
| | -Sujeta mediante herrajes en acero inoxidable. | NO ESPECIFICA | CUMPLE | CUMPLE |
| | -Soldadura de las platinas y empernadas con pernos en acero inoxidable | NO ESPECIFICA | CUMPLE | CUMPLE |
| MUEBLE LATERAL IZQUIERDO | -Mueble tipo vitrina fabricado en fibra de vidrio con organizadores y compuertas en mica de 5 cm de espesor | NO ESPECIFICA | CUMPLE | CUMPLE |
| | -Las puertas serán en acrílico curvas vasculares. | NO ESPECIFICA | CUMPLE | CUMPLE |
| | -Mesa de trabajo con modulo para la instalación de 2 tomas eléctrica de 120V y 2 de 12V. | NO ESPECIFICA | CUMPLE | CUMPLE |
| | - Compartimiento para instalaciones eléctricas. | NO ESPECIFICA | CUMPLE | CUMPLE |
| | -Cuatro tomas de oxígeno centralizado. (2 lado derecho e 2 izquierdo) | NO ESPECIFICA | CUMPLE | CUMPLE |
| | -Mueble con oxígeno y succión centralizada. | NO ESPECIFICA | CUMPLE | CUMPLE |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|--|---|---------------|-----------------|
| BANCA LATERAL DERECHO | -Asiento tipo baúl y espaldar individual. | Mueble tipo baúl No especifica espaldar | CUMPLE | CUMPLE |
| | -Asiento cojín con esponja de 50 mm con forro en corosil liso de alta resistencia. | NO ESPECIFICA | CUMPLE | CUMPLE |
| | -Tres cinturones de seguridad de tres puntos. (Asiento baúl) | NO ESPECIFICA | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| | -Malla de seguridad de alta resistencia. | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA |
| SILLAS | -Asiento para el médico con giro de 360° | NO ESPECIFICA | CUMPLE | CUMPLE |
| | -Cinturón de seguridad de 2 puntos. | NO ESPECIFICA | CUMPLE | CUMPLE |
| | -Asiento fijo al piso. | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | CUMPLE |
| | -Estructura tubular. | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | CUMPLE |
| | - Acolchonamiento en poliuretano de alta resistencia. | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | CUMPLE |
| | -Forrado con corosil liso de alta Resistencia | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | CUMPLE |
| MUEBLE ORGANIZADOR | -Estructura de acero inoxidable con tubería cuadrada 1-1/4". | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICADO |
| | -Forrado con ALUCOBOND liso de fácil limpieza color blanco. | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICADO |
| | -Separaciones destinadas para maletas de emergencias, fármacos etc. | Modular especial para accesorios y equipos médicos. | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICADO |
| MUEBLE PARA OXÍGENO | -Área para oxígeno de 4m³. | Tanque de oxígeno de 4m³ con accesorios | NO ESPECIFICA | CUMPLE |
| | -Correas de sujeción. | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | CUMPLE |
| | -Resistente a los | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | CUMPLE |


| | | | | |
|---------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | impactos. | | | |
| | -Fácil limpieza color blanco. | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | CUMPLE |
| BARRAS DE SUJECIÓN | -Tubo de sujeción con tiraderas en tubo de acero inoxidable de 38 mm de diámetro. | NO ESPECIFICA | CUMPLE | NO ESPECIFICA |
| | -Dos tubos porta sueros de 13 mm en cromado | NO ESPECIFICA | CUMPLE | NO ESPECIFICA |
| SISTEMA ELÉCTRICO Y COMPONENTES | -Batería adicional independiente con su respectivo corte de energía. | Batería de Carga profunda | CUMPLE | CUMPLE |
| | -Inversor de 3000 vatios para transformar el voltaje de 12 a 110 V | Inversor 2000w de 12v a 110v NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | -Luces de emergencia no menos de 8 luces de emergencia perimetrales rojas de alta intensidad y calidad (LED). | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | CUMPLE |
| | -Mínimo 4 luces LED perimetrales de emergencia laterales (2 a cada lado). | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA |
| | -Mínimo 2 luces LED perimetrales de emergencia en parte frontal del vehículo. | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA |
| | -Mínimo 2 luces LED perimetrales de emergencia en parte posterior del vehículo. | Lámpara de embarque posterior NO CUMPLE | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA |

| | | | | |
|---------------------------|--|---|---------------|---------------|
| | -Dos alógenos cuatro luces fluorescentes al interior. | NO ESPECIFICA | CUMPLE | CUMPLE |
| | -Mínimo señal audible de puertas abiertas. | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA |
| | -Baliza led con sirena incluye equipo de perifoneo de mínimo cinco tonos no menores a 200W. | Barra de luces de ambulancia con sirena de varios sonidos No especifica faltante | CUMPLE | CUMPLE |
| | -Equipo independiente de aire acondicionado para 6 personas con mando independiente en el cubículo posterior. | DOBLE AIRE ACONDICIONADO CENTRALIZADO No especifica Alcance | CUMPLE | NO ESPECIFICA |
| | -Mínimo tres tomas de electricidad de 110V. | 3 Toma corriente de 110v CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | -Mínimo lámpara LED Tipo Luz Quirófano (Luz Intensa) | NO ESPECIFICA | CUMPLE | CUMPLE |
| | -Mínimo alerta sonora de retro. | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA |
| TRATAMIENTO DE LA PINTURA | Recubrimiento de dos componentes especialmente diseñado para generar adherencia a cualquier tipo de superficie metálica, producto caracterizado por su facilidad de aplicación, rápido secamiento y gran resistencia | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
|  <p>PREFECTURA DEL CANAR JUNTOS SOMOS FUERZA</p> | CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC | | | |
| | COMISIÓN DE ANALISIS | | | |
| | CALIFICACION DE OFERTAS | | | |


| | | | | |
|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | a la corrosión. | | | |
| FAST DRY PRIMER POLIURETANO H.S | Este producto provee protección, nivelación y emparejamiento de superficies ferrosas y no ferrosas en general de repintura automotriz. | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA |
| BASE POLIURETANO | Recubrimiento diseñado para utilizarse como acabado automotriz, de alta resistencia a la intemperie, retención del color, excelente brillo y recubrimiento. | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA |
| SEÑALÉTICA | Logotipos de la Institución en las puertas, leyendas y más previo diseño de parte interesada. | Incluye Logos CUMPLE | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA |
| ACCESORIOS EN EL AREA DEL PACIENTE | | | | |
| CAMILLA | Una camilla principal de aluminio ORIGINAL PLEGABLE, CON PATAS ABATIBLES AL PISO, COLCHONETA, CORREAS DE SEGURIDAD Y ANCLAJE DE LA CAMILLA. | Camilla rígida y telescópica NO ESPECIFICA requerimiento | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA |
| INVERSOR DE ENERGÍA | Un inversor de energía de 12v-110v para equipo médico. | Inversor 2000w de 12v a 110v No especifica destino | CUMPLE | NO ESPECIFICA |
| PLATAFORMA | Una plataforma abatible en | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA |

[Escriba aquí]

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
|  | CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC | | | |
| | COMISIÓN DE ANALISIS | | | |
| | CALIFICACION DE OFERTAS | | | |


| | | | | |
|---|--|--|-----------------|---------------|
| | acero inoxidable para bajar y subir la camilla. | | | |
| TANQUE DE OXIGENO | Un tanque de oxígeno pequeño | Tanque de oxígeno de 1m ³ portátil CUMPLE | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA |
| HUMIFICADOR | Humificador | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA |
| MASCARILLA | Mascarilla | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA |
| REGULADOR | Regulador | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA |
| EQUIPO MEDICO | | | | |
| TENSIÓMETRO ADULTO PEDIÁTRICO | Precisión de alta calidad, con 2 tubos y pinza metálica inoxidable, válvula de purga de presión de ajuste fino. | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA |
| ESTETOSCOPIO | Pecho de doble cabeza de aluminio ligero, galvanizado. Membrana especial para una auscultación perfecta, lisa y suave. Llantas antideslizantes para una mejor adaptación en la piel. | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA |
| SISTEMA BVM (BOLSA DE RESUCITACIÓN CARDIO) | Adulto y pediátrico. | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICADA | NO ESPECIFICA |
| SET DE DIAGNOSTICO | Iluminación del campo de exploración con lámparas de vacío mínimo 2,7 V. Lámparas halógenas HL mínimo 2,5 V o lámparas de xenón de luz diurna XL mínimo 3,5 V. | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICADA | NO ESPECIFICA |
| TABLA ESPINAL LARGA CON REATAS DE SUJECIÓN. | Fabricada en material no tóxico, asegurando la estabilidad del | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA |

[Escriba aquí]

| | |
|---|---|
|  | CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC |
| | COMISIÓN DE ANALISIS |
| | CALIFICACION DE OFERTAS |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---|-----------------|---------------|
| | paciente. | | | |
| FIJACIONES DE CABEZA. | Fabricada con materiales de alta densidad, agujeros de oído grandes para supervisar el canal de oído del paciente. | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA |
| SET DE COLLARINES CERVICALES. | Ajustables adulto y pediátrico. | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA |
| CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL FIJO. | Con válvula | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICADA | NO ESPECIFICA |
| OXIMETRO DE PULSO. | Tipo dedo, resistencia a la luz del entorno y la interferencia de la luz artificial. Medición en baja perfusión | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICADA | NO ESPECIFICA |
| GLUCÓMETRO. | Para prueba de glucosa en sangre. | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICADA | NO ESPECIFICA |
| LARINGOSCOPIO. | Material de alta calidad, buenas iluminación y fibra óptica. | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICADA | NO ESPECIFICA |
| BOMBA DE SUCCIÓN. | Alto vacío, alto flujo, buen rendimiento, con control regulable de flujo, posee protección de sobre flujo, material plástico transparente auto lavable. | Bomba de Succión Fija NO ESPECIFICA faltante | NO ESPECIFICADA | NO ESPECIFICA |
| DEA | Mínimo tecnología de forma de onda con impulsos bifásicos MULTIPULSE BIOWAVE. | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICADA | NO ESPECIFICA |
| MONITOR DE SIGNOS VIALES | Parámetros que incluye: ECG, RESP, NIBP, SPO ₂ , TEMP. | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICADA | NO ESPECIFICA |


[Escriba aquí]

| | |
|---|---|
|  | CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC |
| | COMISIÓN DE ANALISIS |
| | CALIFICACION DE OFERTAS |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|---|-------------------------------|---------------------|
| TERMÓMETRO DIGITAL. | Mínimo batería tipo 1.55V mínimo 4500 mediciones. | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICADA | NO ESPECIFICA |
| EQUIPO DE SUTURA MENOR. | Mínimo 7 piezas. | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICADA | NO ESPECIFICA |
| LUCES | | | | |
| LUCES LED | Sistema de luces LED a los costados y atrás intermitentes. | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICADA | NO ESPECIFICA |
| BARRA DE LUCES | Una barra de luces (baliza de 12 volt. Con sirena, amplificador y sistema de perifoneo incorporado para manipular desde la cabina. | Barra de luces de ambulancia con sirena de varios sonidos No especifica faltante | NO ESPECIFICADA | NO ESPECIFICA |
| LUCES TIPO SALÓN: | 4 Luces de salón tipo LED de alta luminosidad. | Luces interiores NO ESPECIFICA faltante | NO ESPECIFICADA | NO ESPECIFICA |
| CARACTERÍSTICAS DE TANQUES DE OXIGENO | Tanque de oxígeno mínimo de 4 metros cúbicos con carga, incluye soporte y seguro para tanque, manómetro, vaso humificador, flujo metro y llave. | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | CUMPLE PARCIALMENTE |
| GARANTIA DE LOS EQUIPOS MEDICOS: | Garantía de los equipos médicos mínimo de dos años. Así como entrega de plan de mantenimiento preventivo a ser ejecutado por el fabricante o representante autorizado así como la garantía de mantenimiento correctivo y | NO ESPECIFICA | SE PRESENTA SOLO DEL VEHICULO | NO CUMPLE |

[Escriba aquí]


| | | | | |
|-----------|---|---------------|--------|---------------|
| | <p>provisión de partes de repuesto, las cuales deberán estar disponibles en el mercado por no menos de 5 años.</p> | | | |
| GARANTÍAS | <p>Vehículo mínimo 5 años o 100.000 kilómetros. De 24 meses por trabajo realizado en muebles, organizador, asientos, forros y sistema eléctrico. Así como también de 12 meses en componentes eléctricos como luces led, balizas, aire acondicionado, luces de interior. En caso de Equipos Médicos Eléctricos un año como mínimo contra defectos de fabricación. NOTA: debe existir un stock de repuestos de 5 años para el vehículo.</p> | NO ESPECIFICA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| NORMATIVA | <p>El vehículo carrozado deberá de cumplir la normativa ISO 9001:2015 Vehículos DE transporte sanitario y sus equipos. Ambulancias de carreteras e</p> | NO ESPECIFICA | CUMPLE | NO ESPECIFICA |

| | |
|---|---|
|  | CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC |
| | COMISIÓN DE ANALISIS |
| | CALIFICACION DE OFERTAS |

| | | | | |
|--|--|---|---|---------------|
| | INEN 2512 ESTRELLA DE LA VIDA. | | | |
| DECORACION INTERIOR ISOPOS: | Prohibido fumar y usar el cinturón de seguridad, al interior del compartimiento . Señalética interior sobre puntos de corriente, oxígeno y extintores. | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA |
| SIRENA DE MULTIPUNTOS DE CUATRO TONOS: | Sirena de 100 watts de varios tonos y megáfono | Sirena de varios sonidos NO ESPECIFICA faltante | Equipo de perifoneo de cinco tonos CUMPLE | NO ESPECIFICA |
| SIRENA/ALTAVOZ/LUMINARIAS: | Electrónica 12 VDC. Multitonal 4 tonos más paso de ganso incluye micrófono y parlantes de 100 watts similar. Barral lumínico de 12v con cuatro (4) faros | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA |
| Cámara para transporte de paciente con COVID 19 | En policarbonato, va sobre la camilla | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA |
| Cámara para toma de muestras a paciente con COVID 19 | En policarbonato | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA |
| PRECIO | | 42857.14 | 94677 | 84821.43 |


De acuerdo al análisis precedente, se determina que las siguientes ofertas: Galarmobil S.A., Soimed Cia. Ltda., IDIRECAM Ambulancias, **No cumplen** con las especificaciones técnicas integrales solicitadas por la institución, por lo que se recomienda declarar desierto el Proceso mencionado en este documento, .

[Escriba aquí]

| | |
|---|---|
|  | CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC |
| | COMISIÓN DE ANALISIS |
| | CALIFICACION DE OFERTAS |


PUNTO CUATRO.- CONCLUSIÓN

En tal virtud, esta comisión recomienda, se declare desierto el proceso conforme lo dispone el artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública literal b) Por haber sido inhabilitadas todas las ofertas o la única presentada, de conformidad con la ley, ya que ninguna de las ofertas presentadas cumple con lo establecido en el documento de especificaciones técnicas, de persistir la necesidad recomendamos su reapertura.




Sr. Daniel Rubio

**ANALISTA FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GADPC.**



Sr. Diana Serrano

**ANALISTA DE ATENCIÓN EMERGENTE
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GADPC.**



Eco. Magdalena Verdugo

**ANALISTA DE PLANIFICACIÓN
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GADPC.**